

《安徽华建化工有限公司废水总排放口水污染源在线监测系统验收报告》技术核查意见

2024年1月25日，安徽华建化工有限公司组织召开了《安徽华建化工有限公司废水总排放口水污染源在线监测仪器（COD_{Cr}、NH₃-N）验收报告》技术核查会，参加会议的有安徽华建化工有限公司（建设单位）、马鞍山长流环保设备有限公司（调试、报告编制单位），会议邀请3名专家组成技术核查组（名单附后）。与会专家、代表在踏勘现场的基础上，听取了建设单位和安装、运维单位项目介绍，查阅了验收报告相关资料，经充分讨论，形成技术核查意见如下：

一、报告编制质量

报告编制内容较全面，验收技术路线及方法符合相关技术规范要求，结论可信，可作为安徽华建化工有限公司水污染源在线监测仪器验收报告的工作依据。

二、建议：

- 1、结合排污许可证要求及废水产排情况，完善在线监测系统安装背景介绍；
- 2、进一步完善水污染源在线检测仪器选型、工程设计、施工、安装、调试及性能等基础资料；
- 3、按照相关技术规范，完善站房消防安全设施，做好设备运行维护工作，建立和完善现场记录资料和运维台账。

专家组：

唐林

张新

沈刚

2024年1月25日

安徽华建化工有限公司废水总排放口
水污染源在线监测系统竣工验收
专家签到表

2024 年 1 月 25 日

序号	姓名	职称	联系方式
1	唐 林	高工	17605556606
2	张 新	高工	13856519699
3	张刚	注册环评师	13855579037

验收组签到表

[illegible]