

《马鞍山市三峡一期水环境综合治理有限责任公司污水处理厂总排口（DW001）水污染源在线监测仪器（更新）验收报告》技术核查意见

2025年5月8日，马鞍山市三峡一期水环境综合治理有限责任公司组织召开了《马鞍山市三峡一期水环境综合治理有限责任公司污水处理厂总排口（DW001）水污染源在线监测仪器（更新）验收报告》技术核查会，参加会议的有马鞍山市三峡一期水环境综合治理有限责任公司（建设单位）、中铁水务集团马鞍山市长江大保护（一期）特许经营项目运营经理部（运营单位）、马鞍山长流环保设备有限公司（调试、运维及报告编制单位），会议邀请3名专家组成技术核查组（名单附后）。与会专家、代表在踏勘现场的基础上，听取了建设单位和安装单位项目介绍，查阅了验收报告相关资料，经充分讨论，形成技术核查意见如下：

一、验收内容

本次验收内容为污水处理厂总排口更换的COD_{Cr}水质自动分析仪、氨氮水质自动分析仪、总磷水质自动分析仪和总氮水质自动分析仪验收。

二、报告编制质量

报告编制内容较全面，验收技术路线及方法符合相关技术规范要求，结论可信，经修改完善后可作为马鞍山市三峡一期水环境综合治理有限责任公司污水处理厂总排口水污染源在线监测仪器（更新）验收工作的依据。

三、建议

- 1、结合排污许可证要求，完善在线监测仪器更换背景介绍；
- 2、补充原有设备验收过程回顾性分析及相关验收证明材料；
- 3、按照相关技术规范，进一步做好设备运行维护工作，建立和完善现场记录资料和运维台账。

专家组：

王斌 汪兵 秦东

2025年5月8日

马鞍山市三峡一期水环境综合治理有限责任公司

污水处理厂总排口 (DW001)

水污染源在线监测仪器竣工验收

专家签到表

2025年 5月 8日

序号	姓名	职称	联系方式
1	秦晓东	工程师	18905557182
2	王 强	高工	18055588698
3	汪 兵	高工	15955522898

马鞍山市三峡一期水环境综合治理有限责任公司

污水处理厂总排口 (DW001)

水污染源在线监测仪器竣工验收

验收组签到表

2025年 5 月 8 日

序号	姓名	单位	联系方式
	王明涛	马鞍山三峡水环境公司	13667008162
	樊修杰	马鞍山三峡水环境公司	18224882154
	程霞	中铁水务	18055551820
	苏博雅	中铁水务	1352960042
	吕建奎	马鞍山长流环保设备有限公司	1735554199
	秦铜城	马鞍山长流环保设备有限公司	13295557766
	江兵兵	中钢集团马鞍山矿山研究院股份有限公司	1595522898
	王斌	马鞍山生态环境学会	1805588698
	寿文宇	马鞍山生态环境学会	189-5557182