附件:

参数：

过氧化氢低温等离子灭菌器卡匣

1.为过氧化氢低温等离子体灭菌器用灭菌剂。

2.能够被强生100S 过氧化氢低温等离子灭菌器长、短循环识别，与其兼容，对不耐高温的医疗器械及用品进行灭菌。

3.过氧化氢低温等离子灭菌器卡匣浓度满足强生 100S 等离子灭菌器长、短循环要求，符合WS/T367-2012医疗机构消毒技术规范，保证灭菌效果合格。

4.材料应与人体生物相容。

5.对金属及非金属材质器械兼容，不影响临床器械预期使用寿命。